ANLAGENDECKBLATT

Inverkehrbringer:
Integra Biosciences
Ruhberg 4
D-35463 Fernwald

Kunde:

Anlage: HST 12x9x15
Auftrag: 1200890
Geräte-Nr.: 3226

Klemmenbezeichnung:

X0: Einspeisung
X1: 230V Ausgänge
X2: 24Vdc Verteilung
X3: 24VDC Eingänge
X4: 24VDC Ausgänge
X5: Analog RTD, P/I
X6: Analog RTD, P/I DOK
X7: Steuerspannung
X8: Not-Aus
X9:
X10:

Verdrahtungsfarben:

Hauptstromkreis	schwarz
Neutralleiter	blau
Schutzleiter	grün / gelb
Steuerstromkreis 230Vac	rot
Steuerstromkreis 24Vdc	lila
Steuerstromkreis 0Vdc/GND	weiss
Meß- und Regelströme/Spannungen	grün
Potentialfreie Adern Steuerung vor dem Hauptschalter (Direkt am Netz)	orange

Technische Daten:

Betriebsspannung:	400Vac 3~
Frequenz:	50Hz
Nennstrom	11,5A
Leistung	8kW
Steuerspannung:	230Vac

Änderungen sind dem Hersteller mitzuteilen, damit Zeichnungskorrekturen durchgeführt werden können. Ferner dürfen diese Zeichnungen nicht ohne Genehmigung vervielfältigt, noch dritten Personen oder Firmen des Wettbewerbers zugänglich gemacht werden.

Zust.	Änderung	Datum	Name						
				Datum	03.08.12	HST 12x9x15	Weimer Pharma	IBS INTEGRA BIOSCIENCES	Geräte-Nr.: 3226 / Auftrag: 1200890
				Bearb.	bm/mf				
				Vers.:	V1.04				
				Norm		Urspr. / Ers.f	Ers.d	DECKBLATT	Blatt 0 / von 28 Bl.