COUPE A-A ECH. 1/10



COUPE B-B ECH. 1/10



ENSEMBLE SALLE VUE DE DESSUS ECH. 1/25



DETAIL N° 3 ECH. 1/1 FILTRE DE REJET



DETAIL N°3

COUPE C-C ECH. 1/10



DETAIL N° 1 ECH. 1/2 RAILS COULISSANTS



DETAIL N°2 ECH. 1/1 PANNEAUX LEXAN FIXES



DETAIL N°5 ECH. 1/1 PORTE D'ACCES MAINTENANCE



Détail motorisation suivant plan AF7020702
Armoire électrique intégrée dans le poste
Un tableau de commande sur le poste comprenant:
- 1 bouton tournant M/A flux
- 1 bouton tournant M/A éclairage
- 1 bouton tournant M/A translation
- 1 voyant vert marche normale
- 1 voyant rouge défaut ventilation
- 1 voyant orange colmatage filtration
- 1 voyant orange mise en veille
- 1 levier de commande translation
- 1 voyant vert porte ouverte
- 1 bouton d'arret d'urgence

Indice	Dessiné le	Par	Vérifié par	Vu par	NATURE DE LA MISE A JOUR
A	14.10.97	XBT			EMISSION ORIGINALE

SERVICE: laboratoires dauny — A.Q.
CLIENT: LABORATOIRES SERVIER
Matiere: 304 L
Tension: 380 V TRI +terre
ECHELLE: 1/10 1/2 1/1

POSTE DE PRELEVEMENTS MOBILE TYPE PRV 26.20

Classe 100

EREA FLUX LAMINAIRE
ROUTE DE BARLEUX 80200 PERONNE FRANCE
TEL:0322843999 - FAX:0322844060

FORMAT HF — LIASSE AF70207 N 01 — ORIGINE: DV970149 — A

Document propriété EREA. Reproduction interdite sans autorisation écrite.