

	Fiche machine n°	<h1>Appareil de contrôle de désintégration</h1>	FRM-007
	<b>5789</b>		Indice A
	Indice A		Page 1 / 6

## Appareil de contrôle de désintégration

Fabricant : Erweka  
 Modèle : ZT33  
 Numéro de série : 100865  
 3 positions de test  
 Nombre de RPM : 30 (+/- 1)  
 Hauteur de levée : 55 mm  
 Bain-marie chauffé par thermostat  
 Montre digitale pour régler la durée du test (durée max 9 h 59 mn 59 sec)  
 Dispositif de sortie  
 Dimensions hors-tout (l x p x h) : 600 x 400 x 650 mm  
 Poids : 50 kg  
 Alimentation : 220 V / 50 Hz  
 Documentation technique : présente, détails sur demande  
 Incoterm : EXW

### *Disintegration control device*

*Manufacturer: Erweka*  
*Model: ZT33*  
*Serial number: 100865*  
*3 test positions*  
*Number of RPM: 30 (+/- 1)*  
*Lifting height: 55 mm*  
*Waterbath, heated by thermostat*  
*Digital watch, to adjust test duration (max 9 h 59 mn 59 sec)*  
*Outfeed device*  
*Overall dimensions (l x d x h): 600 x 400 x 650 mm*  
*Weight: 50 kg*  
*Power supply: 220 V / 50 Hz*  
*Technical documentation: available, details on request*  
*Incoterm: EXW*



# Appareil de contrôle de désintégration









